



GRUPO KB

DAY-206

PROBADORES DE EXTRACCIÓN

Comprobador pull-off automatizado ideal para aplicaciones de baja resistencia.



PRECISIÓN

Mediciones precisas y confiables conforme a la norma EN ISO 7500-1 Clase 2.



VERSATILIDAD

Compatible con diferentes discos de prueba para múltiples aplicaciones de adherencia.



FACILIDAD DE USO

Pruebas completamente automatizadas con una configuración rápida y sencilla.



www.grupokb.com.mx



INSTRUMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de trabajo	0.3 a 3.1 MPa (44 a 443 psi)
Fuerza de tracción (disco de prueba de 50 mm)	0,6 a 6 kN (135 a 1349 lbf)
Carrera máxima	5 mm
Velocidad máxima de tracción	4,65 mm / min (0,183 pulgadas / min)
La carga del firmware del instrumento	Máxima tasa de carga real Duración de la prueba Informe completo de la prueba informes Modo de fallo revisión de datos completa en el instrumento
Software para PC	DY-2 Enlace con una vista en vivo del gráfico de tasa de carga real
Memoria	100 mediciones
Conexiones	USB a PC y para cargar
Precisión de calibración	EN ISO 7500-1 Clase 2 ($\pm 2\%$ desde el 20% de la fuerza máxima)
Capacidad de la batería	1500 mAh, 3,7 V (mínimo 80 mediciones)
Peso	4,5 kg
Aplicaciones:	✓ Resistencia adhesiva de morteros ✓ Resistencia adhesiva de baldosas de revestimientos y revestimientos ✓ Resistencia a la tracción en renovación de hormigón



NORMAS Y DIRECTRICES

- ASTM C 1583
- ASTM C1857 - Resistencia a la tracción de la reparación del hormigón y el mortero
- ASTM D 4541
- ASTM D 7234
- ASTM D 7522
- EN 1015-12
- EN 12004-2
- EN 1348
- EN 1542
- ISO 4624
- JGJ 110
- JGJ 126
- JGJ 144
- SIA 281/3
- ZTV-ING
- GOCT 22690

SWISS  MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza. www.screeningeagle.com



GRUPO KB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Para mayor información contáctanos:
TEL(S) 55-55-34-51-15 | 55-55-24-24-86
web: www.grupokb.com

Solicitar presupuesto